

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Declaration of Conformity



Hersteller/manufacturer: Tiger Dental, H. Winsauer, Belruptstraße 59
A-6900 Bregenz, Austria

Produktbezeichnung: TopJet clix Molaren Distalisationsgerät
Product specification: TopJet clix Molar Distalizer
Typen/types: Typ 250, Typ 250+8, Typ 360 und Typ 360+8

Klassifizierung/classification: Klasse II a / class II a
Gewähltes Konformitätsverfahren /
Chosen conformity assessment procedure: Richtlinie 93/42 EWG, MDD Annex II.3

Tiger Dental erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die oben beschriebenen Produkte in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen. Die Produkte werden mit dem CE-Kennzeichen versehen.

We declare under sole responsibility that the products described above as delivered are in compliance with directive 93/42/EEC. The products are CE marked.

Angewandte Standards/applied standards/ RL 93/42 EWG, MDD 93/42 Anhang II

Benannte Stelle / Notified Body: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH,
Krugerstraße 16, 1015 Wien
CE 0408

EG-Zertifikat / EC Certificate: Nr. TÜV-A-MT-1/14/Q111
Gültig bis/valid until: 15.02.2019



A-6900 Bregenz Belruptstraße 59
Tel/Fax ++43-5574-435043
www.tigerdental.com

Bregenz, 04. Jänner 2015

Dr. H. Winsauer
Geschäftsführer, GMBH

